

植物免疫沉淀试剂盒（磁珠法）

货号: CB0232

存储条件: -20°C 保存, 一年有效。Protein A/G Magnetic Beads 可 4°C 保存。

产品组分

产品货号	名称	规格 (20T)	规格 (100T)
P1233	Protein A/G Magnetic beads	1ml	5*1ml
C0101	Protease Inhibitor Cocktail (100X)	1ml	5*1ml
CB0232-01	植物裂解缓冲液	50ml	250ml
CB0232-02	漂洗缓冲液	50ml	250ml
CB0232-03	洗脱缓冲液	1ml	5*1ml
CB0232-04	中和缓冲液	1ml	5*1ml
9003-02	Normal Rabbit IgG (1mg/mL)	20ul	100ul
9012-01	Normal Mouse IgG(1mg/mL)	20ul	100ul

产品简介

本免疫沉淀试剂盒适用于无标签蛋白、内源性蛋白等的下拉富集实验。试剂盒包含实验所需各种缓冲液, Protein A/G magnetic beads 配合客户自配的特异性抗体便捷快速的完成免疫沉淀或者免疫共沉淀实验过程。本试剂盒适用于植物样品的免疫沉淀过程, 试剂盒中的缓冲液配方经过优化可以充分裂解植物样本, 有利于蛋白的释放和后续 IP/CoIP 实验的进行。试剂盒提供的 Normal Rabbit/mouse IgG 可作为阴性对照排除 beads 的非特异性结合, 如 IP 一抗为其他来源则需选择与来源相同的 IgG 作为对照。本试剂盒可借助磁力架完成免疫沉淀实验 (推荐), 亦可用离心的方式进行实验。

使用说明:

1. 蛋白提取

1.1 取适量植物组织样本 (叶片等) 0.5g-1g 放置于冷冻液氮中冷冻, 将冷冻后得植物组织样本放于研钵研磨成粉末, 尽可能充分研磨破坏其细胞壁。将粉末置于 15ml/50ml 离心管后加入 1-2ml 植物裂解缓冲液 (需按照 1:100 的比例添加 C0101 Protease Inhibitor Cocktail (100X)) 进行裂解, 可在 4°C 旋转混匀仪 15min 使裂解液和样品充分混匀;

1.2 为提高裂解效率, 可加入 200ul 玻璃粉按照 600-800g 离心力充分震荡 30min (添加玻璃粉的步骤为可选方案), 裂解完成后 16000g, 离心 30min, 吸取上清置于新的离心管中, 弃去沉淀。

1.3 检测蛋白提取物中的蛋白浓度。并留存一部分样本作为 Input 对照用。

2 免疫沉淀/共沉淀实验

2.1 磁珠清洗

磁珠存储在特殊保护液中, 使用前需要充分清洗, 以免对实验造成影响。重悬混匀磁珠后取适量磁珠混悬液 (100ul 混悬液中 beads 含量为 25ul, 可取 100ul 总体积混悬液), 添加漂洗缓冲液或植物裂解缓冲液至 500ul, 利用磁力架分离磁珠去除上清。再添加漂洗缓冲液或植物裂解缓冲液至 500ul, 重复清洗 beads 2-3 次。

2.2 protein A/G 磁珠抗体结合

(1) 抗体稀释: 按照抗体说明书的建议稀释抗体至工作浓度, 或者配成终浓度为 5-50ug/ml 的抗体工作液。



(2) 阴性对照设置：稀释试剂盒中带的与抗体来源相同的 IgG，如一抗来源为 Rabbit，则选 Normal Rabbit IgG，稀释为与上一步抗体同样的浓度作为正常 IgG 工作液，用于阴性对照或者降低背景；

(3) 抗体吸附：将清洗完的磁珠去除上清，加入 500ul 抗体工作液或 IgG 工作液（目的抗体和 IgG 吸附可各做一组），重悬后室温在翻转混合仪上孵育 15min-1h。

(4) 洗涤：孵育完抗体后添加 500ul 漂洗缓冲液，移液器轻轻吹打悬浮 protein A/G 磁珠，置于磁力架 10s 去除上清。重复此步骤 3 次。

(5) （可选）将洗涤后的磁珠与样品在 4℃孵育 1 小时，以去除与 IgG 有非特异性结合的蛋白。

(6) 取 25ul 吸附好抗体（目的抗体与 IgG 可各做一组）的 protein A/G 磁珠添加到 500ul 样品中，置于摇床或者翻转混合仪上室温孵育 2-4h 或者 4℃过夜孵育。孵育结束后用置于磁力架上，10s 后去除上清。可保留部分上清用于检测实验效果。

(7) 洗涤：向（6）中去除上清的管子中添加 500ul 的漂洗缓冲液，吹打清洗磁珠，并重复清洗 3-5 次。此步骤同时可向漂洗缓冲液中按照 1:100 的比例添加 C0101 蛋白酶抑制剂，以减少蛋白的降解。

2.3 洗脱

酸洗脱：向清洗干净的磁珠（25ul）中添加 50ul 洗脱缓冲液，吹打混匀后在摇床或者翻转混匀仪上孵育 5min，孵育时间不建议太长。孵育结束后置于磁力架上，10s 后收集上清，并添加 5ul 中和缓冲液。为提高洗脱效率，洗脱步骤可重复 1-2 次。洗脱后的蛋白可在 -20 或 -80 长期保存，或者借用于后续检测分析。

变性洗脱：后续不用于其他检测分析的话，可使用变性洗脱的方式，在洗涤获得的磁珠中添加 50ul 2×loading buffer，95℃加热 5-10min。放置磁力架取上清可用于 SDS-PAGE 或 WB 检测。

注意事项

1. 本试剂盒中提供的洗脱方式为酸洗脱，如不需回收 beads 也可添加 loading buffer 进行煮样洗脱。
2. 试剂盒提供的 beads 建议按照 500ul 样品添加 25ul 磁珠混悬液进行实验，具体用量可根据实验结果再进行调整。
3. 实验过程中如涉及到磷酸化修饰或乙酰化蛋白，则需要添加磷酸酶抑制剂或去乙酰化抑制剂。
4. Beads 使用前应保证充分混匀，混匀方式不建议剧烈涡旋震荡。
5. 本产品仅限专业人员科学研究使用，不可用于临床诊断或者治疗，不可存放于普通住宅内。
6. 为了您的安全健康，请穿戴一次性手套操作。

